

## VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO LIGONINĖS HIGIENINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS

<p>Parengė: Toma Beresnevičienė Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė 2023-09-</p>	<p>Suderinta: Rita Butylkina Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė 2023-09-</p> <p>Diana Žaliaduonytė Direktorė medicinai 2023-09-</p> <p>Marija Žeruolienė Direktorė slaugai 2023-09-</p> <p>Rasa Paleckienė Kokybės valdymo specialistė 2023-09-</p>
--	--

## TURINYS

1.	PASKIRTIS .....	3
2.	TAIKYMO SRITIS .....	3
3.	TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS.....	3
4.	ATSAKOMYBĖ .....	3
5.	APRAŠYMAS.....	3
5.1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI .....	3
5.2.	PLANINIO PATIKRINIMO (PERIODINĖS KONTROLĖS) VYKDYMO TVARKA	4
5.3.	NEPLANINIO PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKA .....	5
6.	PARENGTA VADOVAUJANTIS .....	5
7.	KEITIMAI .....	6
8.	PASKIRSTYMAS.....	6
9.	PRIEDAI .....	6

## 1. PASKIRTIS

Šio tvarkos aprašo paskirtis nustatyti Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (toliau – Ligoninė) padalinių/ klinikų/skyrių atitikties higienos normų (toliau – HN) ir kitų sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams vertinimo tvarką.

## 2. TAIKYMO SRITIS

2.1. Ligoninės padalinių/klinikų/skyrių atitiktį HN reikalavimas vertina Infekcijų kontrolės skyriaus vadovas, infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotojas, infekcijų kontrolės vyriausiasis specialistas ir infekcijų kontrolės specialistas (toliau – Specialistas), vykdydamas planinius ir neplaninius Ligoninės higieninius patikrinimus (kontrolę).

## 3. TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS

3.1. **Higieninis patikrinimas** – Ligoninės padalinių/klinikų/skyrių planinis arba neplaninis patikrinimas, siekiant užtikrinti higienos normų, sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų ir su tuo susijusių Ligoninėje patvirtintų dokumentų reikalavimų laikymąsi ir kontrolę.

3.2. **HN** – higienos norma.

3.3. **Specialistas** – Infekcijų kontrolės skyriaus vadovas, infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotojas, infekcijų kontrolės vyriausiasis specialistas, infekcijų kontrolės specialistas.

3.4. **Vadovas** – vadovas, vedėjas ir kt.

3.5. **Vyresnysis slaugytojas** – vyresnysis slaugytojas, vyresnysis slaugytojas-administratorius, vyresniojo slaugytojo-administratoriaus pavaduotojas, vyresnysis akušeris, vyresnysis radiologijos technologas, vyresnysis biomedicinos technologas ir kt.

## 4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Šis tvarkos aprašas privaloma tvarka taikomas visiems Ligoninės padaliniams/klinikoms/skyriams, vykdančiams asmens sveikatos priežiūros, maisto tvarkymo ir patalpų valymo veiklą.

4.2. Už Ligoninės higieninių patikrinimų vykdymą atsakingas Specialistas.

4.3. Ligoninės padalinio/klinikos/skyriaus Vadovas ir Vyresnysis slaugytojas arba kitas įgaliotas ar paskirtas atsakingas asmuo yra atsakingas už sąžiningą higieninių patikrinimų metu tikrinamų patalpų parodymą tikrinimą atliekančiam Specialistui.

4.4. Už higieninio patikrinimo metu nustatytų teisės aktų neatitikimų pašalinimą, prireikus, pagal skyriaus vykdomą veiklą ir funkcijas atsakingų skyrių vadovų raštišką informavimą (pvz., nustatytų pažeidimų užregistravimą Ligoninės Gedimų registracijos sistemoje, informavimą el. paštu ir kt.) atsakingas Ligoninės padalinio/klinikos/ skyriaus Vadovas ir/ar Vyresnysis slaugytojas.

4.5. Infekcijų kontrolės skyriaus vadovas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, atsakingas už raštišką Ligoninės direktoriaus medicinai ir/ar direktoriaus medicinai pavaduotoją ir/ar direktorių slaugai ir/ar direktoriaus slaugai pavaduotoją ir/ar direktoriaus ūkiui ir infrastruktūrai, o prireikus ir Ligoninės generalinio direktoriaus informavimą apie Ligoninės padalinyje/klinikoje/skyriuje nustatytus, bet pakartotinai nepašalintus pažeidimus.

## 5. APRAŠYMAS

### 5.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5.1.1. Kontrolė vykdoma atliekant Ligoninės padalinių/klinikų/skyrių higieninius patikrinimus.

5.1.2. Ligoninės higieninių patikrinimų metu, siekiama nustatyti ar Ligoninės padaliniuose/klinikose/skyriuose užtikrinamas sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymasis, įgyvendinti priemonės, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti rekomendacijas ir metodinę pagalbą Ligoninės padalinių/klinikų/skyrių darbuotojams, juos konsultuoti sveikatos saugą

Be generalinio direktoriaus žinios šis dokumentas arba jo dalys negali būti dauginamos arba platinamos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Atsižvelgiant į Ligoninės higieninių patikrinimų rezultatus, priimti sprendimus, susijusius su hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo tobulinimu.

5.1.3. Higieninių patikrinimų metu, atsižvelgiant į Ligoninės padaliniuose/klinikose/skyriuose turimas medicinos priemones (prietaisus), vykdomą veiklą, bus vertinamas sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas:

5.1.2.1 Ligoninės personalo rankų higiena;

5.1.2.2 Ligoninės darbuotojų sveikatos patikrinimų periodiškumas;

5.1.2.3 Ligoninės darbuotojų asmens apsaugos priemonių dėvėjimas ir darbo apranga, avalynė;

5.1.2.4 pacientų izoliavimo reikalavimai;

5.1.2.5 medicinos priemonių (prietaisų) valymas, dezinfekcija, sterilizacija, sterilizacijos procesų kontrolė;

5.1.2.6 sterilizuotų medicinos priemonių (prietaisų) ir gaminių pakavimas, išdėstymas sterilizatoriaus kameroje, sterilizuotų medicinos priemonių (prietaisų) ir gaminių laikymas;

5.1.2.7 sterilizuojamų gaminių paketų, krovinio (įkrovos) žymėjimas ir atsekamumas;

5.1.2.8 valymo ir dezinfekavimo priemonių laikymas, naudojimas, dokumentacija;

5.1.2.9 maisto tvarkymo veikla;

5.1.2.10 aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas ir dezinfekcija;

5.1.2.11 skalbinių tvarkymas ir minkšto inventoriaus (čiužinių, pagalvių, antklodžių) dezinfekcija;

5.1.2.12 medicininių atliekų tvarkymas;

5.1.2.13 baseino priežiūra ir dokumentacijos pildymas.

## **5.2. PLANINIO PATIKRINIMO (PERIODINĖS KONTROLĖS) VYKDYMO TVARKA**

5.2.1. Ligoninės padalinio/klinikos/skyriaus planiniai higieniniai patikrinimai atliekami pagal Specialisto parengtą ir su Infekcijų kontrolės skyriaus vadovu suderintą metinį Infekcijų kontrolės periodinės kontrolės planą, kurį kasmet įsakymu patvirtina Ligoninės generalinis direktorius. Planinės kontrolės plane nurodomas planuojamo patikrinti padalinio/klinikos/skyriaus pavadinimas, kontrolės atlikimo adresas, numatoma patikrinimo data (mėnuo).

5.2.2. Specialistas informuoja Ligoninės padalinio/klinikos/skyriaus Vadovą arba Vyresnįjį slaugytoją apie planuojamą atlikti higieninį patikrinimą.

5.2.3. Specialistas atvykęs į tikrinamą padalinį/kliniką/skyrių, prisistato Vadovui ir/arba Vyresniajam slaugytojui arba kitam paskirtam už skyrių atsakingam asmeniui.

5.2.4. Kontrolės rezultatai surašomi atitinkamai pagal tikrinamą sritį parengtam, patvirtintos formos higieninio patikrinimo akte: Baseino higieninio patikrinimo aktas (1 priedas), Higieninio patikrinimo aktas (Maitinimo skyrius) (2 priedas), Higieninio patikrinimo aktas (3 priedas), Skalbyklos higieninio patikrinimo aktas (4 priedas).

5.2.5. Patikrinimo metu nustačius sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų neatitikimus, jie turi būti pašalinami nedelsiant. Nesant galimybės neatitikimus (pažeidimus) pašalinti nedelsiant, Higieninio patikrinimo akte nurodomas terminas, per kurį neatitikimai (pažeidimai) turi būti pašalinami.

5.2.6. Specialistas surašęs higieninio patikrinimo aktą pasirašo (vizuoja) kartu su patikrinime dalyvavusiais asmenimis, esant poreikiui, kitų skyrių pagal vykdomą veiklą ir funkcijas atsakingais vadovais. Pasirašytas higieninio patikrinimo aktas siunčiamas Dokumentų valdymo skyriui registravimui. Higieninio patikrinimo aktai saugomi Ligoninės dokumentacijos plane nurodytose bylose, nurodytą terminą.

### **5.3. NEPLANINIO PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKA**

5.3.1. Neplaninis patikrinimas vykdomas iš anksto neįspėjus, siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma neplaninė kontrolė, pagrįstumą. Specialistas kontrolę atlieka lydimas padalinio/ klinikos/skyriaus atstovo.

5.3.2. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas Ligoninės generalinio direktoriaus, direktoriaus medicinai, direktoriaus slaugai, direktoriaus slaugai pavaduotojo, direktoriaus medicinai pavaduotojo, slaugos koordinatorių sprendimu atlikti patikrinimą, arba gavus Ligoninės padalinio/klinikos/skyriaus vadovo prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą.

5.3.3. Neplaninio patikrinimo metu gali dalyvauti direktorius medicinai, direktorius slaugai, direktoriaus slaugai pavaduotojas, direktoriaus medicinai pavaduotojas, slaugos koordinatorius ir kt.

5.3.4. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas pagal gautą skundą, nustačius neatitiktį ar esant galimam hospitalinės infekcijos protrūkiui. Taip pat turint informacijos ar kilus įtarimams apie galimą padalinio/klinikos/skyriaus veiklą, kuri gali prieštarauti sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

5.3.5. Grįžtamoji kontrolė atliekama praėjus higieninio patikrinimo akte numatytam pažeidimams pašalinti skirtam terminui, Specialisto numatytu laiku.

5.3.6. Vykdam grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų neatitikimai yra pašalinti ir įgyvendinti priimti sprendimai.

5.3.7. Specialistas gavęs neatitikimo (pažeidimo) pašalinimą įrodančios informacijos (pvz. nuotrauka, filmuota medžiaga ar kt.), gali priimti sprendimą neplaninės (grįžtamosios) kontrolės neatlikti.

5.3.8. Neplaninio patikrinimo, grįžtamosios kontrolės metu nustačius, kad ankstesnių patikrinimų metu nustatyti ir higieninio patikrinimo akte nurodyti neatitikimai yra nepašalinti ir nenurodoma nepašalinimo priežastis, Infekcijų kontrolės skyriaus vadovas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, atitinkamai raštu gali informuoti Ligoninės direktorių medicinai ir/ar direktoriaus medicinai pavaduotoją ir/ar direktorių slaugai ir/ar direktoriaus slaugai pavaduotoją ir/ar direktorių valdymui ir infrastruktūrai, o prireikus ir Ligoninės generalinį direktorių.

## **6. PARENGTA VADOVAUJANTIS**

6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 66:2008 „Mediciniųjų atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“.

6.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtintas „Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-753 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“ (galiojanti suvestinė redakcija).

6.9. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos.

## **7. KEITIMAI**

Šio tvarkos aprašo keitimus atlieka dokumento rengėjas.

## **8. PASKIRSTYMAS**

Šio tvarkos aprašo originalas saugomas Dokumentų valdymo skyriuje. Skenuotas dokumentas patalpinamas Dokumentų valdymo sistemoje, rinkmenoje „Kokybės vadybos sistemos dokumentai“.

## **9. PRIEDAI**

- 1 priedas. Baseino higieninio patikrinimo aktas.
- 2 priedas. Higieninio patikrinimo aktas (Maitinimo skyrius).
- 3 priedas. Higieninio patikrinimo aktas.
- 4 priedas. Skalbyklos higieninio patikrinimo aktas.

**1 priedas**

PATVIRTINTA  
VšĮ LSMU Kauno ligoninės generalinio direktoriaus  
2023-09-29 įsakymu Nr. 1V-433 F 333-2023

**BASEINO HIGIENINIO PATIKRINIMO AKTAS**

(Skyriaus pavadinimas)  
202 - - - Nr. \_\_\_\_  
(data)

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
1.	<b>REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS</b>			
1.1	Darbuotojai pasitikrinę sveikatą. (HN 109:2016 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Darbuotojai tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai: 1) yra išklause HB (2 val.) ir H5 (6 val.) higienos įgūdžių mokymo programą; 2) prieš įsidarbinant yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos (8 val.) teikimo mokymo kursus ir kas 5 metus (tęstinę 4 val. programą). (HN 109:2016 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR ŽURNALŲ PILDYMAS</b>			
2.1	Gerai matomoje vietoje yra informacija apie: teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus naudojimą, saugaus vartotojų elgesio taisyklės, vidaus tvarkos taisyklės. (HN 109:2016 5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Yra gelbėjimo įranga. (HN 109:2016 9 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Yra matomas įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. (HN 109:2016 12 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Yra informacija apie: baseino vandens temperatūrą ir oro temperatūrą. (HN 109:2016 6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Patalpoje su baseinu oro temperatūra yra 26-32 °C. Persirengimo patalpoje, duše, tualete oro temperatūra yra 20-27 °C. (HN 109:2016 28 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Baseino vandens temperatūra yra 25-32 °C. (HN 109:2016 71 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Yra įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m. (HN 109:2016 7 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Baseine esančios angos uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm. (HN 109:2016 38 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	Yra ženklai, kviečiantys nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje ir persirengimo patalpoje. (HN 109:2016 8 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.10	Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m. (HN 109:2016 39 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
2.11	Kiekvienam pacientui duodami išskalbti, išlyginti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai, chalatai) ir vienkartinės šlepetės. (HN 109:2016 15 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.12	Persirengimo patalpoje: yra vieta persirengti (suolai, kėdės bei spintelės, kabliukai, lentynos ir pan.); yra 1 plaukų džiovintuvas 10 persirengimo vietų. (HN 109:2016 21 ir 22 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.13	Baseinui įrengta: baseino vandens apykaitos sistema, filtravimo įranga, automatiniai biocidinio produkto dozavimo ir liekanų nustatymo įrenginiai, automatiniai baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojantys dozavimo ir nustatymo įrenginiai. (HN 109:2016 41 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.14	Baseino įranga prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu (Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalo įrašai saugomi 2 metus). (HN 109:2016 33 p. ir 63 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.15	Pildomas Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalas (baseino darbo metu darbo dienos pradžioje ir vėliau kas 2 val. registruojami automatiniai įrenginių parodymai ir 1 k./d. registruojami rankiniu prietaisu atlikti matavimo rezultatai). (HN 109:2016 45 p. ir 46 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.16	Pildomas Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas (nurodant vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbus). (HN 109:2016 62 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.17	Pildomas Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalas. (HN 109:2016 73 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	<b>APLINKOS PAVIRŠIAI, JŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA</b>			
3.1	Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi. (HN 109:2016 26 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių svarūs. (HN 109:2016 51 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Oro purkštukai (jeigu išsiima) ir dušų ragelių galvutės valomos ir dezinfekuojamos ne rečiau 1 k. per mėnesį. (HN 109:2016 55 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Baseino dugnas valomas 2 k. per savaitę ar dažniau. (HN 109:2016 53 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Baseino sienos valomos 1k. per 2 savaites ar dažniau. (HN 109:2016 53 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	1 k. per savaitę ar dažniau valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema ir persipildymo sistemos grotelių paviršius. (HN 109:2016 56 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	1 k. per 3 mėn. išleidžiamas baseino vandens balanso rezervuaro vanduo (rezervuaras, jo dangtis valomas ir dezinfekuojamas). (HN 109:2016 57 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8	1 k. per metus išleidžiamas visos sistemos vanduo (tuomet valomas ir dezinfekuojamas baseino dugnas, sienos, persipildymo sistema, vandens balanso rezervuaras ir vandens purkštukai (jeigu išsiima)). (HN 109:2016 54 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Be generalinio direktoriaus žinios šis dokumentas arba jo dalys negali būti dauginamos arba platinamos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
3.9	Baseino vandens filtravimo įrangos filtrai plaunami filtro gamintojo nurodytu periodiškumu (registruoti Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnale). (HN 109:2016 44 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	<b>LEGIONELIOZĖS PROFILAKTIKA</b>			
4.1	Ne rečiau kaip 1 kartą per metus atliekami geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti. Papildomai tyrimą atlikti reikia jeigu vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip 1 mėn. pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, diagnozavus paslaugų vartotojui susirgimą legionelioze, atlikus vandens tiekimo sistemos valymo ir kenksmingumo pašalinimą). Protokolas saugojamas 2 metus. (HN 109:2016 59 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Visi legioneliozės profilaktikos ir vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo darbai registruojami Profilaktinių priemonių registracijos žurnale. (HN 47-1:2020 141 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Užtikrinta, kad karšto vandens temperatūra yra 50 °C. (HN 109:2016 31 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Užtikrinta, kad šalto vandens temperatūra yra iki 20°C. HN 109:2016 31 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Karštas vanduo yra: baseino, dušo, tualetų, persirengimo patalpose (persirengimo – jeigu yra praustuvė). (HN 109:2016 32 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Kas 3 mėn. karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo įrašai). (HN 109:2016 58 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	<b>BASEINO VANDENS MĖGINIŲ TYRIMAI</b> Atsakymas „Taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas			
5.1	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas koliforminių bakterijų bendro skaičiaus tyrimas (rasta mažiau nei 10 bakterijų 100 ml vandens). (HN 109:2016 5 priedo 1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> ) tyrimas (vandenyje -nerasta). (HN 109:2016 5 priedo 2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas auksinio stafilokoko ( <i>S. aureus</i> ) tyrimas (vandenyje – nerasta). (HN 109:2016 3 priedo 1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas žaliamešės pseudomonos ( <i>P. aeruginosa</i> ) tyrimas (vandenyje – nerasta). (HN 109:2016 5 priedo 4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas vandenilio jonų koncentracijos tyrimas (pH yra 7,2-7,8 ribose). (HN 109:2016 5 priedo 9 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas drumstumo tyrimas (drumstumas yra mažesnis negu 0,5 FNU). (HN 109:2016 5 priedo 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas amoniako (pagal NH4+) tyrimas (rezultatas ne daugiau 0,5 mg/l). (HN 109:2016 5 priedo 12 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
5.8	1 k. per mėnesį ar dažniau atliktas aktyvaus chloro liekanų tyrimas (rezultatas 1-3 mg/l, jei ir UV spinduliai – rezultatas 0,5-3 mg/l). (HN 109:2016 5 priedo 14 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.9	1 k. per ketvirtį ar dažniau atliktas chloroformo tyrimas (rezultatas ne daugiau 0,1 mg/l). HN 109:2016 5 priedo 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.10	1 k. per ketvirtį ar dažniau atliktas Liamblijų cistų ( <i>Giardia spp.</i> ) tyrimas (vandenyje – nerasta). (HN 109:2016 5 priedo 5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.11	1 k. per ketvirtį ar dažniau atliktas Kriptosporidijų cistų ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ) tyrimas (vandenyje – nerasta). (HN 109:2016 5 priedo 6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.12	1 k. per ketvirtį ar dažniau atliktas Helmintų kiaušinėlių tyrimas (vandenyje – nerasta). (HN 109:2016 5 priedo 7 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Nustatyta:**

- Paslaugos teikiamos nepažeidžiant HN 109:2016 ir kt. (*įrašyti*) reikalavimų.  
 Paslaugos teikiamos pažeidžiant HN 109:2016 ir kt. (*įrašyti*) reikalavimus:

**Patikrinime dalyvavęs (-ę) darbuotojas (-ai):**

(pareigos, vardas, pavardė)

**Patikrinimo aktą surašęs specialistas:**

(pareigos, vardas, pavardė)

**2 priedas**

PATVIRTINTA

VšĮ LSMU Kauno ligoninės generalinio direktoriaus  
2023-09-29 įsakymu Nr. 1V-433 F 204-2023

**HIGIENINIO PATIKRINIMO AKTAS (MAITINIMO SKYRIUS)**

(Skyriaus pavadinimas)  
202 - - -      Nr.       
(data)

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
<b>I.</b>	<b>Bendrieji reikalavimai</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.	Ar maisto tvarkymo subjektas turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą vykdomai (-oms) ūkinei (-ėms) komercinei (-ėms) veiklai (-oms)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ar maisto tvarkymo patalpos tinkamo dydžio, išplanavimo ir įrengtos taip, kad būtų išvengta maisto produktų užteršimo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ar maisto tvarkymo patalpos suremontuotos, geros būklės, švarios, tvarkingos (grindys, durys, sienos, lubos, atsiderančiuose languose įtaisyti nuo vabzdžių saugantys tinkleliai)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ar maisto tvarkymo patalpose yra natūrali ir (ar) mechaninė ventiliacija, ar ji geros būklės, ar švarūs ventiliavimo sistemų filtrai ir kitos dalys, ar patalpose nesikaupia drėgmė, ar patalpų sienos ir lubos nepadengtos pelėsių apnašu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Ar maisto tvarkymo patalpose yra natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas, ar maisto tvarkymo vietoje pakanka šviesos (nėra akivaizdžiai per tamsu)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Ar maisto tvarkymo patalpose yra karštas ir (ar) šaltas tekantis geriamasis vanduo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Ar nuotekų surinkimo sistema veikia, ar ji nėra užsikimšusi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Ar yra geros būklės ir švari darbuotojų persirengimo patalpa (vieta)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Ar švarios tualetų patalpos, ar pakankamas tualetų skaičius, ar tualetų durys neatsidaro tiesiai į patalpas, kuriose tvarkomas maistas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Ar yra pakankamai patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų su šaltu ir (ar) karštu tekančiu vandeniu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Ar yra pakankamai rankų plovimo, dezinfekavimo ir nusausinimo priemonių?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Ar valymo ir dezinfekavimo priemonės laikomos atskiroje ir švarioje patalpoje (vietoje)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Ar valymo inventorius paženklintas ir naudojamas pagal paskirtį, ar tualetams valyti skirtas inventorius laikomas atskirai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

14.	Ar įrengta patalpa (vieta) gamybiniam inventoriui ir įrankiams plauti ir dezinfekuoti, džiovinti, ar yra pakankamai priemonių gamybiniam inventoriui ir įrankiams plauti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Ar maisto tvarkymui naudojama įranga, inventoriūs, su maistu besiliečiantys paviršiai geros būklės ir švarūs, ar juos galima lengvai nuplauti ir išdezinfekuoti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Ar užtikrinamas tinkamas maisto atliekų (įskaitant šalutinius gyvūninius produktus) surinkimas ir laikymas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Ar maisto atliekos (įskaitant šalutinius gyvūninius produktus) šalinamos teisės aktų nustatyta tvarka ir turimi tai patvirtinantys dokumentai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Ar užtikrinama kenkėjų kontrolė (registruojamos kenkėjų profilaktikos priemonės), ar nėra jų buvimo pėdsakų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Ar maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai (šaltkrepšiai) švarūs ir geros būklės?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II.</b>	<b>Asmens higienos reikalavimai</b>			
20.	Ar darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą (turi tai patvirtinančius dokumentus)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Ar darbuotojai dirba išklause higienos įgūdžių mokymo kursą (turi tai patvirtinančius dokumentus)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Ar darbuotojai dėvi švarius ir tinkamus darbui drabužius, ar laikosi asmens higienos reikalavimų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>III.</b>	<b>Maisto tvarkymo reikalavimai</b>			
23.	Ar įdiegta rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema (geros higienos praktikos taisyklės ar RVASVT sistema)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Ar maisto tvarkymo subjektas vykdo savikontrolės sistemos (geros higienos praktikos taisyklės ar RVASVT) procedūras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Ar užtikrinamas žaliavų ir maisto produktų atsekamumas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Ar žaliavos laikomos tvarkingai ir pagal gamintojo nurodytas laikymo sąlygas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Ar nėra žaliavų, maisto produktų ir patiekalų, kurių tinkamumo vartoti terminai pasibaigę?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Ar užtikrinamas sušaldytų maisto produktų atšildymas taip, kad patogeninių mikroorganizmų dauginimosi ar toksinų susidarymo maiste rizika būtų kuo mažesnė (pvz.: šaldytuve, mikrobangų krosnelėje ar kt.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	Ar patiekalai gaminami pagal viešojo maitinimo įmonės patvirtintas receptūras ir technologinius aprašymus (nurodytos produkto sudedamosios dalys, kiekiai, gamybos aprašymas, terminio apdorojimo trukmė, temperatūra ir kt.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	Ar patiekalų gamybai naudojama joduota druska?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	Ar užtikrinama, kad pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas, laikomas ne žemesnėje nei + 63 °C temperatūroje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Ar užtikrinama, kad tvarkant maistą išvengta kryžminės taršos (per rankas, svarstyklės, kitą gamybinių inventorių, ar maistas, skirtas tiesioginiam vartojimui, nesiliečia su šviežia mėsa, paukštiena, žuvimi, neplautais žaliais kiaušiniiais, ar kitais galimais taršos šaltiniais)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33.	Ar maisto produktai ir patiekalai yra jiems būdingos išvaizdos (spalvos, konsistencijos) ir sudėties?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	Ar užtikrinama maisto produktų sauga (produktai nekenkia vartotojų sveikatai, tinka žmonėms vartoti, neužteršti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	pašalinėmis medžiagomis, neturi puvimo, gedimo ar irimo požymių) pagaminti iš neužšaldytų patiekalų?			
35.	Ar užtikrinamas pagamintų ir išvežamų patiekalų / pusgaminių atsekamumas (patiekalai / pusgaminiai registruojami žurnaluose, yra juos lydintys dokumentai)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Ar negaminami viešojo maitinimo įmonėse draudžiami gaminti produktai (varškė, sūrių masė, rauginti pieno produktai, mėsos, grybų, daržovių, padažų konservai)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.	Jeigu maisto produktams apdoroti skirti riebalai yra naudojami daugiau kaip vienai gaminių partijai gaminti, ar laisvųjų riebalų rūgščių koncentracija riebaluose neviršija 2,2 proc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Patikrinime dalyvavęs (-ę) darbuotojas (-ai):**

(pareigos, vardas, pavardė)

**Patikrinimo aktą surašęs specialistas:**

(pareigos, vardas, pavardė)

**3 priedas**

PATVIRTINTA

VšĮ LSMU Kauno ligoninės generalinio direktoriaus  
2023-09-29 įsakymu Nr. 1V-433 F205-2023**HIGIENINIO PATIKRINIMO AKTAS**

(Skyriaus pavadinimas)

202 - - Nr. \_\_\_\_

(data)

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
1.	<b>REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS</b>			
1.1.	Darbuotojai pasitikrinę sveikatą (HN 47-1:2020 29 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.	Darbuotojai: 1) teikiantys valymo paslaugas (valytojai) yra išklaušę HB (2 val.) ir H11 (6val.) higienos įgūdžių mokymo programą; 2) atliekantys skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą ir kt. yra išklaušę HB (2 val.) ir H12 (6val.) higienos įgūdžių mokymo programą; 3) atsakingi už medicininių atliekų tvarkymą) yra išklaušę HB (2 val.) ir H13 (6val.) higienos įgūdžių mokymo programą. (HN 47-1:2020 16 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.	Darbuotojų apsauginiams drabužiams, avalynei ir asmeniniams drabužiams, avalynei, daiktams laikyti yra atskiros spintos arba spintos su pertvaromis. (HN 47-1:2020 32 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.	Darbuotojai, teikiantys ASP paslaugas, dėvi darbo drabužius su ne ilgesnėmis kaip 3/4 ilgio rankovėmis. (HN 47-1:2020 8 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	<b>APLINKOS PAVIRŠIAI, JŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA</b>			
2.1	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių), kurie nėra medicinos priemonės paviršiai švarūs (be akivaizdžiai matomų užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo ir kūno skysčių, ekskretų žymių ir pan.), lengvai valomi/dezinfekuojami, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms. (HN 47-1:2020 124 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Aplinkos paviršių valymo, dezinfekcijos ir medicinos priemonių valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonės naudojamos atsižvelgiant į tinkamumo naudoti laiką (galiojimo datą), laikantis instrukcijų, saugos duomenų lapuose nurodytų taisyklių. (HN 47-1:2020 12 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami numatytu higienos plane laiku ir registruojamas įstaigoje parengtos ir patvirtintos formos dokumente. (HN 47-1:2020 134 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Tualetams valyti, dezinfekuoti yra atskiras paženklintas valymo /dezinfekcijos inventorių. (HN 47-1:2020 135.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Be generalinio direktoriaus žinios šis dokumentas arba jo dalys negali būti dauginamos arba platinamos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktu nustatytus atvejus.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
2.5	Santechniniai įrenginiai (praustuvės, vonios, unitazai ir kt.) yra techniškai tvarkingi, švarūs, be matomų defektų (įtrūkimų, skilimų). (HN 47:2011 38 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Tualetų patalpoje yra unitazas, praustuvė, šepetys unitazui valyti, skysto muilo, tualetinio popieriaus, šiukšlių dėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu. (HN 47-1:2020 112 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Dušo ar vonios patalpoje yra praustuvė, skysto muilo, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, veidrodis. (HN 47-1:2020 112 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	<b>LEGIONELIOZĖS PROFILAKTIKA</b>			
3.1	Ne rečiau kaip 1 kartą per metus atliekami geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti. (HN 47-1:2020 139 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Visi legioneliozės profilaktikos ir vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukensminimo darbai registruojami Profilaktinių priemonių registracijos žurnale. (HN 47-1:2020 141 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Užtikrinta, kad karšto vandens temperatūra yra 50 °C. (HN 47:2011 37 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Užtikrinta, kad šalto vandens temperatūra yra iki 20°C. (HN 47:2011 37 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	<b>RANKŲ HIGIENA</b>			
4.1	Patalpose, kuriose vyksta pasirengimas procedūroms ir atliekamos invazinės ir (ar) intervencinės ir kitos procedūros, kurių metu darbuotojai rankomis liečia pacientą, dirba su krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais, tvarkomi skalbiniai, tvarkomos medicininės atliekos, atliekama dezinfekcija ir sterilizacija, yra: 1) sieniniai skysto muilo ir antiseptiko dozatoriai, skysto muilo ir antiseptiko; 2) uždara vienkartinį rankšluosčių dėtuve ir vienkartiniai rankšluosčiai; 3) atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu. (HN 47-1:2020 46 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rankų antiseptikas reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose yra prie kiekvieno paciento lovos. (HN 47-1:2020 46.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Darbo metu visų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir liečiančių pacientus, medicinos priemones, gaminius, nagai sveiki ir tik natūralūs, trumpai ir apvaliai nukirpti, nelakuoti, rankų papuošalai bei laikrodžiai nuimti. (HN 47-1:2020 50 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Viena pirštinių pora naudojama tik vieno paciento priežiūrai (palietus užterštą medžiagą ar paviršių, palikus darbo vietą, palietus aplinkos daiktus, paviršius, pirštines keičiamos). (HN 47-1:2020 52.2 ir 52.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Atliekant aseptines invazines procedūras, dėvimos sterilios vienkartinės pirštinės. (HN 47-1:2020 53.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Higieninis rankų apuošimas atliekamas laikantis rankų plovimo ir antiseptikos taisyklių. (HN 47-1:2020 3 priedas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
4.6	Chirurginis rankų apnuošimas atliekamas laikantis rankų plovimo ir antiseptikos taisyklių. (HN 47-1:2020 3 priedas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7	Šalia praustuvių yra iškabinta informacija (algoritmai), kaip tinkamai atlikti rankų higienos procedūrą. (HN 47-1:2020 112 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	<b>MEDICINOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA, ATSEKAMUMAS</b>			
5.1	Medicinos priemonės yra valomos, dezinfekuojamos ir sterilizuojamos vadovaujantis gamintojų naudojimo instrukcijomis (rekomendacijomis), o jų nesant – HN 47-1:2020 reikalavimais. (HN 47-1:2020 58 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	UV lempos degimo trukmė registruojama, UV lempos pakeičiamos, pasibaigus gamintojo rekomenduojamų valandų skaičiui. (Lempos įrengtos bendro naudojimo patalpose, pacientų, išskiriančių TBC, palatose ir pacientų, sergančių tuberkulioze, ištyrimo patalpose). (HN 47-1:2020 123 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Patalpos ir/ar zonos, kuriose vykdomas medicinos prietaisų apdorojimas, saugojimas, įrengtos taip, kad būtų išvengta kryžminės taršos atliekant medicinos prietaisų valymą-dezinfekciją, pakavimą, sterilizaciją, saugojimą. (HN 47:2011 24 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Medicinos priemonių valymo-dezinfekavimo vietoje įrengta atskira praustuvė. (HN 47:2011 36 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Medicinos priemonių dezinfekcijai rankiniu būdu naudojamos uždaros talpyklos, o aštriems medicinos prietaisams – uždaros talpyklos su išimamais sieteliais. (HN 47-1:2020 71.1.8 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Indas su pagamintu dezinfekcijos valomuoju tirpalu pažymimas (nurodant tirpalo pavadinimą, paskirtį, koncentraciją, pagaminimo datą ir laiką). <i>Rekomenduojama nurodyti ir ekspozicijos trukmę.</i> (HN 47-1:2020 71.5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	Sterilizuotų medicinos priemonių paketai gabenami tam skirtose uždarse gabenimo talpyklose, įrenginiuose (HN 47-1:2020 76 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.8	Sterilizuotų medicinos priemonių ir gaminių paketai laikomi sausose, švariose patalpose, tam skirtose uždarse spintose, stalčiuose arba lentynose. (HN 47-1:2020 86 p.) Endoskopai laikomi uždarse spintose (pakabinti vertikaliai) arba tam skirtose specialiose uždarse talpose. (HN 47-1:2020 66 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.9	Medicinos priemonės iš vieno sterilaus paketo naudojamos tik vienam pacientui, likusios, pacientui nepanaudotos medicinos priemonės iš praplėštų paketų, pakartotinai dezinfekuojamos ir sterilizuojamos. (HN 47-1:2020 89 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.10	Panaudotų sterilizuotų gaminių atsekamumas vykdomas numatytuose dokumentuose registruojant įkrovos numerį (1 tipo indikatorius įklįjavimas). (HN 47-1:2020 110 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	<b>MEDICINOS PRIEMONIŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS KOKYBĖS KONTROLĖ</b>			
6.1	Medicinos priemonių valymo ir dezinfekcijos kokybė tikrinama 1 kartą per 3 mėnesius ir tais atvejais, kai įvyksta plovimo priemonių gedimas, pakeitus plovimo,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Be generalinio direktoriaus žinios šis dokumentas arba jo dalys negali būti dauginamos arba platinamos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktu nustatytus atvejus.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
	dezinfekcijos medžiagas, pradėjus naudoti pakartotino naudojimo medicinos priemones. (HN 47-1:2020 68 p.)			
6.2	Endoskopų, kuriais tiriami nesterilūs organai ir ertmės, kanalų mikrobiologiniai laboratoriniai tyrimai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per metus ( <i>neturi būti Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa ir Acinetobacter baumannii</i> ). Radas – po pakartotinio apnuošimo tyrimą kartoti). (HN 47-1:2020 64 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Aukšto lygio dezinfekcijai skirto tirpalo, tinkamumas naudoti pakartotinai tikrinamas pramoninės gamybos cheminiu indikatoriumi, tyrimo rezultatai registruojami. (HN 47-1:2020 71.7 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	<b>MINKŠTOJO INVENTORIAUS IR SKALBINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI</b>			
7.1	Lovų čiužiniai, pagalvės, antklodės yra su specialiais užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinių, tinkamų skalbti ir (ar) dezinfekuoti įstaigoje naudojamais būdais. (HN 47-1:2020 116 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Nešvarūs skalbiniai renkami (dedami) į neplyštančius ir neperšlampamus maišus, nešvarių skalbinių maišai pripildomi ne daugiau kaip ¾ jų talpos. (HN 47-1:2020 10 priedo 3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Sergančių ar įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis pacientų bei visi užteršti krauju ir kitais kūno skysčiais, ekskretais nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietose renkami (pakuojami) atskirai į paženklintą dvigubą pakuotę. (HN 47-1:2020 10 priedo 4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	Supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi atskiroje patalpoje arba tam skirtoje zonoje. (HN 47-1:2020 10 priedo 6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5	Švarūs skalbiniai laikomi švariems skalbiniams laikyti skirtoje patalpoje (zonoje), uždaruose įrenginiuose (uždaruose lentynose, spintose, dengtuose vežimėliuose) arba švariais tekstiliniiais gaubtais uždengtuose įrenginiuose. (HN 47-1:2020 10 priedo 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.6	Laikomasi reikalavimo švarius skalbinius laikyti jų nesupakavus plastikinėje plėvelėje. (HN 47-1:2020 10 priedo 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	<b>MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS</b>			
8.1	Medicininės atliekos renkamos (rūšiuojamos) pagal medicininių atliekų grupes. Skystos infekuotos medicininės atliekos absorbuojamos kietinančiomis granulėmis ir šalinamos kaip infekuotos medicininės atliekos. (HN 66:2013 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	Medicininės atliekos surenkamos į kitos (ne juodos) spalvos pakuotes. (HN 66:2013 15 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3	Anatominė medžiaga pakuojama į nepermatomas pakuotes. (HN 66:2013 17 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	Aštrūs daiktai pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams nestiklinius vienkartinis konteinerius iki ¾ tūrio. (HN 66:2013 16 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
8.5	Pavojingų medicininių atliekų pakuotės paženklintos pavojingų atliekų ženklavimo etiketėmis. (HN 66:2013 18 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.6	Medicininės atliekos medicininių atliekų saugykloje laikinai laikomos supakuotos: iki 72 val. (esant >+15 °C) arba iki 7 d. (esant <+15 °C) (HN 66:2013 26.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.7	Infekuotos atliekos, aštrūs daiktai, anatomicinė medžiaga medicininių atliekų saugykloje atskirame šaldiklyje laikomos – 18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių). (HN 66:2013 26.5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.8	Saugykloje išvengiama medicininių atliekų pakuočių lietimosi su sienomis ir grindimis. (HN 66:2013 27 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.9	Laikomasi reikalavimo draudžiančio rūšiuoti jau surinktas medicininės atliekas, jas presuoti, maišyti su kitomis, įstaigoje susidarančiomis atliekomis. (HN 66:2013 11p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.10	Darbuotojai tvarkydami medicininės atliekas dėvi asmens apsaugos priemones. (HN 66:2013 38.1 ir 38.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	<b>PAKAVIMAS IR STERILIZACIJA</b>			
9.1	Siūlėtuvo užlydymo kontrolė atliekama pagal gamintojo rekomendacijas. (HN 47-1:2020 13.3.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2	Daugkartinių konteinerių filtrų naudojimo ciklų skaičius registruojamas įstaigoje patvirtinta tvarka. (HN 47-1:2020 74 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3	Pakuojamų į maišelius medicinos priemonių aštriosios dalys uždengiamos tinkamomis ir tik pramoninės gamybos apsauginėmis priemonėmis. (HN 47-1:2020 81 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.4	Tiesiogiai ant paketo rašoma žymekliais, kurių rašalas atsparus sterilizacijos veiksnių poveikiui. (HN 47-1:2020 84 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.5	Sterilizuoti paketai laikomi: 1) 6 mėn. konteineryje; 2) 6 mėn. viename užlydytame popieriniame plastikiniame maišelyje; 3) 12 mėn. dviejuose užlydytuose popieriniuose-plastikiniuose maišeliuose; 4) 4 sav. (28 d.) neaustiniame pluošte, krepo popieriuje. (HN 47-1:2020 87 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.6	Laikomasi reikalavimo nenaudoti gaminių po nesėkmingų sterilizavimo proceso ciklų, iš sterilizuotų paketų su pažeista užlydymo siūle, pasibaigus jų sterilizacijos galiojimo terminui, iš nukritusių ant grindų, suspaustų, šlapių, pradurtų ar kitaip pažeistų, sugadintų paketų. (HN 47-1:2020 88 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.7	Sterilizacijos proceso kontrolė vykdoma naudojant 1 tipo proceso cheminis indikatorius (HN 47-1:2020 103.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Pagal sterilizatoriaus gamintojo naudojimo instrukcijas atliekamas sterilizatoriuje numatytas automatinis oro nuotėkio bandymas. (HN 47-1:2020 103.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
	1 k. per dieną prieš pirmąjį dienos sterilizavimo proceso ciklą, didžiuosiuose vakuuminiuose gariniuose sterilizatoriuose atliekamas Bowie ir Dicko bandymas. (HN 47-1:2020 103.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.8	Kiekviena sterilizacijos įkrova tikrinama antro tipo specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi. (HN 47-1:2020 103.4.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.9	Kiekvienas sterilizuojamas paketas pažymimas: 1) sterilizatoriaus eilės numeriu; 2) ciklo numeriu; 3) įkrovos sudėties (turinio) kodu; 4) operatoriaus kodu; 5) sterilizacijos data ir galiojimo data. (HN 47-1:2020 106 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.10	Įkrovos registracijos kortelėje yra pildomos visos joje esančios grafos. (HN 47-1:2020 108 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Nustatyta:**

Paslaugos teikiamos nepažeidžiant HN 47:2011, HN 47-1:2020, HN 66:2013 ir kt. *(įrašyti)* reikalavimų.

Paslaugos teikiamos pažeidžiant HN 47:2011 ir/ar HN 47-1:2020 ir/ar HN 66:2013 ir kt. *(įrašyti)* reikalavimus:

.....

.....

.....

**Patikrinime dalyvavęs (-ę) darbuotojas (-ai):**

(pareigos, vardas, pavardė)

**Patikrinimo aktą surašęs specialistas:**

(pareigos, vardas, pavardė)

**4 priedas**

PATVIRTINTA

VšĮ LSMU Kauno ligoninės generalinio direktoriaus  
2023-09-29 įsakymu Nr. 1V- 433 F 334-2023

**SKALBYKLOS HIGIENINIO PATIKRINIMO AKTAS**

(Skyriaus pavadinimas)

202 - - - Nr. \_\_\_\_

(data)

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
1.	<b>REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS</b>			
1.1	Skalbimą atliekantys darbuotojai: 1) yra išklauseę HB (2 val.) ir H12 (6val.) higienos įgūdžių mokymo programą. (HN 130:2012 3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Darbuotojai dirbantys nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje ir švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje, vilki specialiai pažymėtus ar kitos spalvos darbo drabužius. (HN 130:2012 41 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Skalbyklos darbuotojų darbo drabužiai ir asmeniniai drabužiai bei daiktai laikomi atskirai, atskirose spintose arba spintose su pertvara. (HN 130:2012 14 ir 19 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI</b>			
2.1	Skalbiniai skalbiami pagal skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonių gamintojo (tiekėjo) parengtus ir patvirtintus technologinius aprašymus. Apie skalbimui naudojamų priemonių suderinamumą yra pažymėta priemonės gamintojo (tiekėjo) technologiniuose aprašymuose. (HN 130:2012 36 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Tarp švarių ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalių yra sandari, patalpos lubas ir sienas siekianti pertvara (skiriamoji siena). (HN 130:2012 26 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Darbuotojai iš švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalį patenka tik per įrengtas duris. (HN 130:2012 26 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Skalbykloje įrengti atskiri įėjimai nešvariems skalbiniams priimti ir švariems skalbiniams išduoti, kurie naudojami pagal paskirtį. (HN 130:2012 25 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Skalbykloje yra nešvarių skalbinių priėmimo, laikymo patalpa/zonos. (HN 130:2012 27.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Skalbykloje yra skalbimo, džiovinimo, lyginimo, lankstymo, pakavimo, švarių skalbinių laikymo ir išdavimo patalpa/zonos. (HN 130:2012 27.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikerta. (HN 130:2012 6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Skalbimo, skalavimo, lyginimo, dozavimo įrangos gedimai, techninės priežiūros darbai registruojami Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale (vertinama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
	pagal Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale pateiktus duomenis. (HN 130:2012 39 p.)			
3.	<b>APLINKOS PAVIRŠIAI, JŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA</b>			
3.1	Skalbyklos patalpos ir įrenginiai yra švarūs. (HN 130:2012 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Yra patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas. (HN 130:2012 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Valymo darbai yra registruojami. (HN 130:2012 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Tualetui, nešvariajai skalbyklos daliai ir švariajai skalbyklos daliai valyti ir dezinfekuoti turi būti naudojamas atskiras, skirtingai pažymėtas, atskirai laikomas valymo, dezinfekcijos inventoriūs. (HN 130:2012 12 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Yra vežimėlių skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpa arba švarių ir nešvarių skalbinių transportavimui naudojami atskiri vežimėliai. (HN 130:2012 26 p. ir 30 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Skalbyklos patalpos be nariuotakojų ir graužikų. (HN 130:2012 16 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių, dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje. (HN 130:2012 9 ir 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	<b>SKALBINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI</b>			
4.1	Švarūs skalbiniai laikomi: 1) švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje/zonoje, pakeltuose virš grindų įrenginiuose (spintose, lentynose, vežimėliuose, konteineriuose ir pan.); 2) nesupakuoti švarūs skalbiniai laikomi uždaroje lentynose, spintose, dengtuose vežimėliuose) arba tekstiliniai gaubtais uždengtuose įrenginiuose. (HN 130:2012 40 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Nešvarūs skalbiniai laikomi: nešvarių skalbinių laikymo patalpoje/zonoje virš grindų pakeltuose įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ir pan.). (HN 130:2012 33 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Skalbinių skalavimas užtikrina, kad ant skalbinių nelieka skalbimo ir dezinfekcijos priemonių likučių (vertinama kiekvienos skalbinių partijos skalbinių išskalavimo kokybė, prireikus, skalbiniai skalaujami pakartotinai). (HN 130:2012 38 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	<b>RANKŲ HIGIENA</b>			
5.1	Švarių ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje prie durų ir personalo patalpoje yra: -praustuvė; -skystas muilas, muilo dozatorius, popierinių rankšluosčių dėtuovė, popieriniai rankšluosčiai) arba rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone; -pakaba švarių/nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti. (HN 130:2012 28 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Darbuotojai rankas plauna arba įtrina antiseptiku: prieš pradėdami dirbti švariojoje, baigę darbą nešvariojoje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TA 104 - 2023  
Leidimas Nr. 2



PATVIRTINTA  
Generalinio direktoriaus  
2023 m. rugsėjo 29 d.  
įsakymu Nr. 1V-433

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Pastabos
	skalbyklos dalyje, po nešvarių ir prieš švarių skalbinių tvarkymą. Užterštos krauju ir / ar kitais kūno skysčiais, ekskretais rankos pirma plaunamos, o po to įtrinamos rankų antiseptikos priemone. (HN 130:2012 13 p.)			

**Nustatyta:**

- Paslaugos teikiamos nepažeidžiant HN 130:2012 ir kt. *(įrašyti)* reikalavimų.
- Paslaugos teikiamos pažeidžiant HN 130:2012 ir kt. *(įrašyti)* reikalavimus:

**Patikrinime dalyvavęs (-ę) darbuotojas (-ai):**

(pareigos, vardas, pavardė)

**Patikrinimo aktą surašęs specialistas:**

(pareigos, vardas, pavardė)