










**Infekcijų kontrolės skyriaus  
Higienos ir dezinfekcijos planas**

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	VALYMO/DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	HIGIENINIS RANKŲ PLOVIMAS	„SM-13“ ar skystas muilas	Prieš ir po darbo, vizualiai suteršus, pasinaudojus tualetu	Plaunama vėsiu tekančiu vandeniu. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	RANKŲ DEZINFEKCIJA	„Vitasept P“	Prieš ir po kontakto su pacientais, prieš ir po procedūrų, prieš užsimaunant ir nusimovus pirštines	Švarias sausas rankas įtrinti 3 ml preparato, ekspozicija - 30 sek. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	PAVIRŠIAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI) ATSPARUS ALKOHOLIUI (pvz: darbo stalai, transportavimo vežimėliai, stelažai, taceinės ir kt.)	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bacticid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek.	Prieš darbą, po kiekvieno panaudojimo	Valyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu, palikti išdžiūti. Visi paviršiai turi būti gerai sudrėkinti, nenutrinti sausai	Medicinos autoklavų aparatininkas, dezinfekuotojas
	RANKINIS ARBA ULTRAGARSO VALYTUVU MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„DDN9“ 2 % – 60 min 5 % – 15 min	Gavus iš skyrių ypač užterštas (pvz. kraujo krešuliais, audinių ar kaulų likučiais) medicinos priemonės (prietaisus)	Pamerkiama į tirpalą, valoma ir dezinfekuojama. Po ekspozicijos, skalaujama geriamu vandeniu. Atliekamas mechanizuotas medicinos priemonių (prietaisų) valymas ir dezinfekcija. Daugiau informacijos DI 6	Medicinos autoklavų aparatininkas
	MECHANIZUOTAS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Thermosept RKF“ (ploviklis) „Thermosept NKZ“ (neutralizatorius)	Gavus iš skyrių panaudotas medicinos priemonės (prietaisus)	Plaunama dezinfekavimo plautuve. Išvalytos, dezinfekuotos ir išdžiovintos medicinos priemonės (prietaisai) perduodamos pakavimui prieš sterilizaciją. Daugiau informacijos DI 6	Medicinos autoklavų aparatininkas
	EINAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) arba „Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1% - 60 min.	2 k./d. Užsiteršus – nedelsiant	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Medicinos autoklavų aparatininkas, dezinfekuotojas, valytojas
	PAGRINDINIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	Atliekamas ne rečiau kaip 1 k. per ketvirtį  Medicininį atliekų saugyklų sienos, grindys ir jose esantys įrenginiai – 1 k./mėn.	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Medicinos autoklavų aparatininkas, dezinfekuotojas, valytojas
	SKALBINIAI (pvz: darbo drabužiai ir kt.)	Skalbinimas skalbykloje	Panaudojus, suteršus – nedelsiant	Rūšiuoti jų susidarymo vietoje, rinkti į tam skirtas, pažymėtas talpas ir perduoti į skalbyklą Daugiau informacijos DI 5	Ūkio reikalų tvarkytojai
	VALYMO IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ INVENTORIUS (pvz: daugkartinio naudojimo šluostės, šluotų apmovai, medicininį atliekų dėžės ir kt.)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.  Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Kasdien po panaudojimo	Dezinfekuoti, mirkant dezinfekciniame tirpale, skalauti vandeniu, džiovinti arba skalbti skalbimo mašinoje arba perduoti skalbimui į skalbyklą. Valymo inventorių laikyti sausai. WC patalpos naudojamas atskiras, paženklintas valymo/dezinfekcijos inventoriūs	Medicinos autoklavų aparatininkas, dezinfekuotojas, ūkio reikalų tvarkytojai, valytojas

**Parengė:**  
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoja  
Toma Beresnevičienė

Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė  
Kotryna Ilminienė

**Tvirtina:**  
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė  
Rita Butytkina 2024-09-17

