























Reabilitacijos klinikos
Higienos ir dezinfekcijos planas

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS		PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	HIGIENINIS RANKŲ PLOVIMAS	„SM-13“ ar skystas muilas	Prieš ir po darbo, vizualiai suteršus, pasinaudojus tualetu	Užpilama ant rankų skysto muilo, po to plaunama vėsiu tekančiu vandeniu. Nusisausinama vienkartiniais rankšluosčiais. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	RANKŲ DEZINFEKCIJA	„Vitasept P“	Prieš ir po kontakto su pacientais, prieš ir po procedūrų, prieš užsimauant ir nusimovus pirštines	Švarias sausas rankas įtrinti 3 ml tirpalo, ekspozicija – 30 s. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	PACIENTO ODOS PARUOŠIMAS	Antiseptinės odos servetėlės arba „Vitasept H“ (bespalvis: 15-90 sek.) arba „Vitasept color“ (spalvotas: 60-90 sek.)	Prieš kiekvieną procedūrą	Apipurkšti odą arba nuvalyti priemone sudrėkintu steriliu vienkartiniu tvarstėčiu	Medicininis, slaugos personalas
	SLAUGOS PRIEMONĖS	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Po kiekvieno panaudojimo	Slaugos priemonės pamerkti į dezinfekuojantį tirpalą. Išlaikius ekspoziciją, gerai nuskalauti geriamu vandeniu, išdžiovinti. Laikyti sausai. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu	Slaugos personalas, pagalbiniai darbuotojai
	PAVIRŠIAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI) NEUŽTERŠTI BIOLOGINIAIS SKYSČIAIS IR ATSPARUS ALKOHOLIUI	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek.	Po kiekvieno paciento	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu, palikti išdžiūti. Visi paviršiai turi būti gerai sudrėkinti, nenutrinti sausai	Medicininis, slaugos personalas
	MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIAI JAUTRUS ALKOHOLIUI	„Sani Cloth AF Universal“ 1 – 2 min.	Po kiekvieno panaudojimo	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu medicinos priemonių (prietaisų) paviršius servetėle, palikti išdžiūti	Medicininis, slaugos personalas
	ESANT CL. DIFFICILE	Slaugos priemonių ir paviršių valymas ir dezinfekcija	„Sterisept Wipes“ 15 min. „Chlor-Clean“ 0,1% – 15 min (1 tab. – 1 ltr.vandens)	Slaugant, perkėlus ar išrašius pacientą kuriam patvirtinta Cl. Difficile infekcija	Medicininis ir slaugos personalas, valytojas
		Medicinos priemonių (prietaisų) valymas ir dezinfekcija	„Sterisept Wipes“ 15 min.	Po kiekvieno panaudojimo	
	RANKINIS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„DDN9“ 2 % – 60 min. 5 % – 15 min.	Po kiekvieno panaudojimo <i>Jeigu po panaudojimo per 3 valandas nebuvus valomos - užpilti dezinfekcijos valomuoju tirpalu</i>	Pamerkiama į tirpalą. Po ekspozicijos, skalaujami geriamu vandeniu ir atiduodami į sterilizacinę, uždaroje tam skirtoje talpoje, tolesniam mechanizuotam medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai arba skalaujama distiliuotu vandeniu ir sausai saugoma. Daugiau informacijos DI 6	Slaugos personalas
	PROCEDŪRŲ VONIA	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min.	Po kiekvieno panaudojimo	Paviršių valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Slaugos personalas, pagalbiniai darbuotojai
	BASEINO VANDENS DEZINFEKCIJA	Skystas chloras (Natrio hipochloritas)	Visą parą naudojant automatinius dozavimo įrenginius	Vandenyje automatinio dozavimo įrenginių pagalba palaikoma liekamojo aktyvaus chloro koncentracija 0,5-3,0 mg/l	Pržiūrintis darbuotojas

*Išsirašant priemones iš vaistinės būtina atsižvelgti į skyriuje turimus dezinfekcines priemones bei laikiklius.

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
 PH VERTĖS BASEINO VANDENYJE MAŽINIMAS	pH minus	Visą parą naudojant automatinius dozavimo įrenginius	Vandenyje automatinį dozavimo įrenginių pagalba palaikomas pH 7,2–7,8	Pržiurintis darbuotojas
 FILTRAI	-	pagal gamintojo rekomendacijas	Plauti atgaline srove	Pržiurintis darbuotojas
 BASEINO VANDENS PERSIPILDYMO SISTEMA IR GROTELĖS	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per savaitę ir 1 k. per metus (išleidus visos sistemos vandenį)	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Pržiurintis darbuotojas, pagalbina darbuotojai
 BASEINO DUGNAS IR SIENOS	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per metus (išleidus visos sistemos vandenį)	Valoma ir dezinfekuojama naudojant aukšto slėgio įrangą	Įmonės pagal sutartį darbuotojas
	-	2 k. per savaitę (dugnas) kas 2 savaites (sienos)	Valoma siurbimo prietaisais ir šepčiais	Pagalbiniai darbuotojai
 DUŠŲ RAGELIŲ GALVUTĖS (baseino patalpose)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per mėnesį	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Pagalbiniai darbuotojai
 VIRTUVĖS INDAI, ĮRANKIAI IR INVENTORIUS	Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) Dezinfekcijai „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min (1 tab. - 1 ltr. vandens) arba „Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. (po dezinfekcijos gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu)	Po kiekvieno panaudojimo	Rankinis indų plovimas. Pašalinus maisto likučius, plauti po tekančiu 50°C vandeniu, naudojant ploviklį. Nuskalaujami po tekančiu vandeniu. Mechaninis indų plovimas. Pašalinus maisto likučius, plauti indų plovimo mašinoje (>70°C), išdžiovinti	Maisto išdavėja, maisto gabentoja, pagalbina darbuotojas
 BIOLOGINIAI SKYSČIAI	Skysčius absorbuojanti medžiaga (granulės)	Nedelsiant išsiliejus biologiniams skysčiams	Užberti ant išsiliejusių skysčių, palaukus kelias minutes, susemti ir išmesti į infekuotų medicininių atliekų talpą (šiukšliadėžę). Paviršių dezinfekuoti. Daugiau informacijos DI 9.	Slaugos personalas
 EINAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) arba „Beta Guard Neu“ 0,5% - 5 min. 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Einamasis patalpų ir aplinkos daiktų valymas atliekamas du kartus dienoje. Užsiteršus – nedelsiant	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai, pagalbina darbuotojai
 PAGRINDINIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Virtuvėlėje, proceduriniame ne rečiau kaip 2 k./mėn. Švarių, nešvarių skalbinių, med. atliekų patalpose ne rečiau kaip 1 k./mėn. Kitų patalpų 1 k. per ketvirtį.	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai, pagalbina darbuotojai
 BAIGIAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 0,5% - 5 min. 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% - 15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens) „Glosair 400 Cartidge“ su STERINIS aparatu	Izoliacinėse patalpose, nustačius užkrečiamosios ligos atvejį, pacientui išvykus	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Patalpa vėdinama. Prireikus nuvalytų paviršių aerosolinę dezinfekciją, naudojant automatinius purškiklius (generatorius). Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai, pagalbina darbuotojai

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS		PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	MINKŠTAS INVENTORIUS (pvz: pagalvės, antklodės ir kt.)	Dezinfekcija vandens garais	Išrašius pacientą, suteršus – nedelsiant	Pristatyti į dezinfekcijos kamara Daugiau informacijos DI 5	Ūkio reikalų tvarkytojai
	SKALBINIAI (pvz: darbo drabužiai, pacientų drabužiai ir kt.)	Skalbimas skalbykloje	Panaudojus/pacientų – kas 7 d./suteršus nedelsiant	Rūšiuoti jų susidarymo vietoje, rinkti į tam skirtas, pažymėtas talpas ir perduoti į skalbyklą Daugiau informacijos DI 5	
	VALYMO IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ INVENTORIUS (pvz: daugkartinio naudojimo šluostės, šluotų apmavai, kibirai ir kt.)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Kasdien po panaudojimo	Dezinfekuoti, mirkant dezinfekciniame tirpale, skalauti vandeniu, džiovinti arba skalbti skalbimo mašinoje arba perduoti skalbimui į skalbyklą. Valymo inventorių laikyti sausai. WC patalpos naudojamas atskiras, paženklintas valymo/dezinfekcijos inventoriūs	Slaugos personalas, valytojai, ūkio reikalų tvarkytojai

Parengė:

Infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoja
Toma Beresnevičienė

Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė
Kotryna Ilminienė

Tvirtina:

Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė
Rita Butylkina 2024-09-17

