














VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės
Krikščioniškųjų gimdymo namų Akušerijos skyriaus dienos stacionaro
 Higienos ir dezinfekcijos planas

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS		PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	HIGIENINIS RANKŲ PLOVIMAS	„SM-13“ ar skystas muilas	Prieš ir po darbo, vizualiai suteršus, pasinaudojus tualetu	Užpilama ant rankų skysto muilo, po to plaunama vėsiu tekančiu vandeniu. Nusisausinama vienkartiniais rankšluosčiais. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	RANKŲ DEZINFEKCIJA	„Vitasept P“	Prieš ir po kontakto su pacientais, prieš ir po procedūrų, prieš užsimaunant ir nusimovus pirštines	Švarias sausas rankas įtrinti 3 ml tirpalo, ekspozicija – 30 s. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
			Chirurginė	Chirurginę rankų dezinfekciją būtina atlikti prieš operacijas ir kitas chirurgines invazines procedūras	Švarias sausas rankas iki alkūnių 2 kartus įtrinti tirpalu. Ekspozicija po 1,5 min. Daugiau informacijos DI 3
	PACIENTO ODOS PARUOŠIMAS	Antiseptinės odos servetėlės arba „Vitasept H“ (bespalvis: 15-90 sek.) arba „Vitasept color“ (spalvotas: 60-90 sek.)	Prieš kiekvieną procedūrą	Apipurkšti odą arba nuvalyti priemone sudrėkintu steriliu vienkartinio tvarstėčiu	Medicininis, slaugos personalas
	SLAUGOS PRIEMONĖS	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauoštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Po kiekvieno panaudojimo	Slaugos priemonės pamerkti į dezinfekuojantį tirpalą. Išlaikius ekspoziciją, nuskalauti geriamu vandeniu, išdžiovinti. Laikyti sausas. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu	Slaugos personalas
	PAVIRŠIAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI) NEUŽTERŠTI BIOLOGINIAIS SKYSČIAIS IR ATSPARUS ALKOHOLIUI	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauoštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek.	Po kiekvieno paciento	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu, palikti išdžiūti. Visi paviršiai turi būti gerai sudrėkinti, nenutrinti sausiai	Medicininis, slaugos personalas
	MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIAI JAUTRŪS ALKOHOLIUI (pvz. Ultragariniai davikliai ir kt.)	„Sani Cloth AF Universal“ 1 – 2 min.	Po kiekvieno panaudojimo	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu medicinos priemonių (prietaisų) paviršius servetėle, palikti išdžiūti	Medicininis, slaugos personalas
	RANKINIS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„DDN9“ 2 % – 60 min 5 % – 15 min	Po kiekvieno panaudojimo <i>Jeigu po panaudojimo per 3 valandas nebuvamos - užpilti dezinfekcijos valomuoju tirpalu</i>	Pamerkiama į tirpalą. Po ekspozicijos, skalaujami geriamu vandeniu ir atiduodami į sterilizacinę, uždaroje tam skirtoje talpoje, tolesniam mechanizuotam medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai. Daugiau informacijos DI 6	Slaugos personalas

*Išsirašant priemones iš vaistinės būtina atsižvelgti į skyriuje turimus dezinfekcines priemones bei laikiklius.

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS		PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	BIOLOGINIAI SKYSČIAI	Skysčius absorbuojanti medžiaga (granulės)	Nedelsiant išsiliejus biologiniams skysčiams	Užberti ant išsiliejusių skysčių, palaukus kelias minutes, susemti ir išmesti į infektuotų medicininių atliekų talpą (šiukšliadėžę). Paviršių dezinfekuoti. Daugiau informacijos DI 9.	Slaugos personalas
	EINAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) arba „Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Einamasis patalpų ir aplinkos daiktų valymas atliekamas du kartus dienoje. Užsiteršus – nedelsiant	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai
	PAGRINDINIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Procedūriniam ne rečiau kaip 2 k./mėn. Švarių, nešvarių skalbinių, med. atliekų patalpose ne rečiau kaip 1 k./mėn. Kitų patalpų 1 k. per ketvirtį.	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai
	BAIGIAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens) „Glosair 400 Cartidge“ su STERINIS aparatu	Izoliacinėse palatose, nustačius užkrečiamosios ligos atvejį, pacientui išvykus	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Patalpa vėdinama. Prireikus nuvalytų paviršių aerozolinė dezinfekcija, naudojant automatinius purškiklius (generatorius). Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai
	SKALBINIAI (pvz: darbo drabužiai, pacientų drabužiai ir kt.)	Skalbimas skalbykloje	Panaudojus/pacientų – kas 7 d./suteršus nedelsiant	Rušiuoti jų susidarymo vietoje, rinkti į tam skirtas, pažymėtas talpas ir perduoti į skalbyklą Daugiau informacijos DI 5	Ukio reikalų tvarkytojai
	VALYMO IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ INVENTORIUS (pvz: daugkartinio naudojimo šluostės, šluotų apmavai, kibirai ir kt.)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Kasdien po panaudojimo	Dezinfekuoti, mirkant dezinfekciniame tirpale, skalauti vandeniu, džiovinti arba skalbti skalbimo mašinoje arba perduoti skalbimui į skalbyklą. Valymo inventorių laikyti sausai. WC patalpos naudojamas atskiras, paženklintas valymo/dezinfekcijos inventorių	Slaugos personalas, valytojai, ukio reikalų tvarkytojai

Parengė:
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoja
Toma Beresnevičienė

Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė
Kotryna Ilminienė

Tvirtina:
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė
Rita Butylkina 2024-09-17

